

SAS.12 (NSR.10)			رقم المعيار
التحقق قبل الإجراء الجراحي			عنوان السياسة
الأول	رقم الإصدار	2024/10/1	تاريخ الإصدار
P/ECC.SAS.12	كود السياسة	2024/10/15	تاريخ التفعيل
3	عدد الصفحات	2027/10/14	تاريخ المراجعة

❖ السياسة:

- يلتزم مركز عناية العيون Eye Care بألية تضمن التأكد من توافر جميع العناصر المطلوبة مثل نتائج الفحوصات العملية والتشخيصية كأحد عمليات التحقق التي تتم قبل الجراحة.
- التأكد من توفر المستلزمات الطبية التي سيتم زراعتها مثل العدسات في حالات المياة البيضاء.
- التأكد من أن المعدات والأجهزة الطبية اللازمة متوفرة وتعمل بشكل صحيح .
- التأكد من توفر الوثائق المطلوب استيفاءها قبل وبعد العملية.

❖ الغرض:

- تحقيق أمان المريض وتقديم الرعاية المناسبة عند إجراء عملية جراحية أو أي إجراء تداخلي آخر.
- التقليل من خطر حدوث أخطاء عن طريق منع استخدام أدوات معطلة أو عدم توافر العدسة المطلوب زراعتها أو إلغاء الجراحة بعد ذهاب المريض إلي غرفة العمليات أو وحدة الإجراء التداخلي.

❖ التعريفات:

- كفاءة الأجهزة : أن تحقق الأجهزة الاستخدام الأمثل لتحقيق الغرض منها.
- الأجهزة الطبية: هي أجهزة تساعد الأطباء على القيام بعملهم في التعامل مع المرضى مثل التشخيص والعلاج.
- الصيانة الدورية : هي مجموعة الفحوصات و الإجراءات الوقائية التي تتم بصفة دورية وحسب خطة زمنية محددة مسبقا لمعالجة القصور إن وجد قبل وقوع أعطال أو التوقف عن العمل.
- الصيانة العلاجية: هي عملية لعلاج الأعطال المفاجئة أثناء العمل من خلال إدارة الصيانة الطبية بالمنشأة أو من خلال الشركات الموردة للأجهزة.

❖ الإجراءات:

- يقوم الطبيب القائم بالجراحة بتحديد كل ما يحتاجه التدخل الجراحي من أجهزة أو معدات أو مستلزمات خاصة لإجراء التدخل الجراحي لتوفيرها قبل التدخل الجراحي.
- يقوم الممرض المسئول بالتأكد من نظافة غرف العمليات/غرفة الليزك.
- يتأكد الممرض من إضاءة الغرفة وطاولة العمليات والتكييف وكل أثاث الغرف.
- يقوم تمريض العمليات/الليزك بالتأكد من استلام الآلات وباكتتات الجراحة المختلفة طبقا لاحتياجات قائمة العمليات ومراجعة سلامة التعقيم لكل على حدة.

- يقوم مسئول العمليات/الليزك بالتأكد من توافر وسلامة الأجهزة والمعدات والمستلزمات الخاصة لكل عملية أو إجراء تداخلي وتقوم بتوثيق ذلك بقائمة التحقق من صلاحية أجهزة قسم العمليات والقائمة التفقدية.
- يقوم ترميض العمليات/الليزك مع طبيب التخدير بالتأكد من التحضيرات المتعلقة بالتخدير:
 - ممنوع استخدام أيه مواد مخدرة قابلة للاشتعال أو ملتهبة أو تؤدي إلى حدوث انفجار في مناطق التخدير.
 - يتم التأكد من توصيل القطب الأرضي لكل الأجهزة الكهربائية بصورة سليمة بمصدر كهرباء ثابت.
 - يتم فحص المعدات وأجهزة التخدير المستخدمة بالعمليات دورياً بواسطة مسئول الأجهزة الطبية مع طبيب التخدير الذي يستخدم الجهاز للتأكد من سلامته.
- يقوم مسئول صيانة الأجهزة الطبية بتوثيق نتيجة اختبار الأجهزة في قائمة التأكد من جاهزية قسم العمليات.
- يقوم مسئول إداري العمليات/الليزك أو من ينوب عنه في حالة تعطل جهاز بعمل طلب إصلاح وإرساله إلي مسؤول الصيانة بالمركز وتوثيق ذلك في دفتر الأعطال.
- يقوم الممرض المسؤول عن استلام المرضى بتوثيق التحقق من الأجهزة و المعدات في نموذج القائمة التفقدية للجراحة الأمانة بالملف الطبي لكل مريض .
- يقوم مسؤول إداري العمليات بالتأكد يومياً من توافر السجلات التالية و دقة التسجيل فيها:
 - سجل العمليات المجدولة
 - قوائم فحص الأجهزة
 - سجل تسليم العينات
 - سجل الأجهزة المزروعة
 - سجل التعقيم
 - سجل النفايات
- يقوم الممرض بالتأكد قبل الجراحة من استكمال النماذج التالية عند استلام المريض - نموذج sign in:
 - التأكد من تعريف المريض من خلال الإسورة وسؤال المريض للتأكد من من صحة البيانات.
 - التقييم الطبي للمريض بواسطة الطبيب القائم بالجراحة.
 - تقييم طبيب التخدير للمريض.
 - التقييم التمريضي .
 - إقرارات الموافقة على العملية والتخدير المبينة على المعرفة.
 - نموذج تحضير المريض وسؤال المريض للتأكد من التحضير.
 - نتائج الفحوصات المطلوبة للمريض.
 - استلام أدوية المريض وأي (أجهزة / مستلزمات) طبقاً لتوصية طبية للمريض.
- تقوم ممرضة الإفاقة عند تسليم المريضة الي القسم الداخلي بالتأكد من استكمال النماذج التالية:
 - تقرير العملية - نموذج عد الآلات Count Sheet - القائمة التفقدية للجراحة الأمانة - نموذج الإفاقة
- تتبع و جمع و تحليل البيانات المتعلقة بعملية التحقق قبل الاجراء الجراحي :

- يقوم المسؤول الإداري بجمع البيانات المتعلقة بعملية التحقق قبل الاجراء الجراحي و رفعها إلى قسم الجودة.
- يقوم قسم الجودة بالتنسيق مع رؤساء القسم بتحليل البيانات وتحديد فرص التحسين.
- في حالة اكتشاف واقعة يقوم مكتشف الحدث بتحرير نموذج إبلاغ واقعة OVR و تسليمه لقسم الجودة.

❖ المسئول:

- أطباء الجراحة / الليزك / أطباء التخدير
- التمريض بالعمليات / الليزك
- مسئول الصيانة الطبية

❖ المرفقات:

- نموذج تقييم ما قبل التخدير.
- نموذج التقييم التمريضي.
- نموذج القائمة التفقدية للجراحة الآمنة.
- قائمة التحقق قبل الإجراء الجراحي.

❖ الاختصارات:

- ECC = Eye Care Center
- SAS= Surgery, Anesthesia, and sedation
- OVR = Occurrence Variance Report
- GAHAR = General Authority of Healthcare Accreditation & Regulations

❖ المراجع :-

- توصيات لجنة سلامة المرضى أثناء الإجراء الجراحي 2003 .
- معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لاعتماد المراكز الطبية المتخصصة وجراحات اليوم الواحد GAHAR 2022

التاريخ	التوقيع	الوظيفة	
		رئيس قسم العمليات	الإعداد
		مدير الجودة	المراجعة
		مدير المركز	الاعتماد