

DAS.18			رقم المعيار
اختبارات نقاط الرعاية-POCT			عنوان السياسة
الأول	رقم الإصدار	1/10/2024	تاريخ الإصدار
P/ECC.DAS.18	كود السياسة	15/10/2024	تاريخ تفعيل
2	عدد الصفحات	14/10/2027	تاريخ المراجعة

❖ السياسة:

➤ يلتزم مركز عناية العيون بمنهجية وإجراءات واضحة لتنظيم التعامل مع التحاليل التي لا تتم في المعمل ولكنها تتم مكان تواجد المريض أو بالقرب من مكان تواجده داخل المركز (العيادات والعمليات والليزك).

❖ الغرض :

➤ مراقبة التحاليل التي تتم خارج المعمل ولكنها تتم داخل المركز للتأكد من الحصول على نتائج تحاليل على درجة عالية من الدقة .

❖ التعريفات:

➤ اختبارات نقطة الرعاية (POCT): هي اختبارات يتم إجراؤها عند مكان تواجد المريض أو بالقرب من مكان تواجده، والتي لا تتطلب مساحة دائمة و مخصصة والتي تجري خارج أماكن المعامل الاكلينيكية مثل أجهزة قياس السكر في الدم.

❖ إجراءات العمل :

- يحدد مدير المركز أفراد طاقم التدريب الذين يقومون بإجراء تحاليل السكر.
- يكلف مدير المركز مسئول الأجهزة الطبية بالإشراف على أجهزة التحاليل التي تتم خارج المعمل.
- يلتزم أحد المعامل بمعايرة الأجهزة الموجودة في المركز (نقطة تقديم الخدمة للمريض) كجهاز السكر والتدريب عليه.
- أجهزة السكر :
- يقوم مسئول الأجهزة الطبية بتدريب التمريض في الأقسام القائم بعمل الاختبارات التحليلية بالأقسام قبل السماح لهم بالقيام بهذه الاختبارات وتسجيل ذلك في نموذج خاص بالتدريب
- تقوم الممرضة بعمل تحليل السكر عشوائي للمريض وتوثيقه بالتقييم التمريضي في ملف المريض.
- توجد أجهزة السكر بالأقسام التالية :
 - قسم العيادات الخارجية
 - قسم العمليات
- تقوم مسئولة الأجهزة الطبية بالتنسيق مع أحد المعامل لعمل المعايرة مرة شهريا كالتالي .
 - تقوم رئيسة التمريض بعمل خطوات (Quality Control according to the manufacturer order) وتسجيل ذلك في سجل لديها في القسم داخل المعمل

- يقوم الكيميائي المسئول بالمعمل بعمل تحليل السكر من عينة (Standard Glucose , Normal & Pathological control) على الجهاز الخاص بالقسم.
- يقوم مدير المعمل أو من ينوب عنه بمقارنة النتيجة وتسجيل ذلك في سجل خاص بالمعمل و سجل خاص بالقسم لتأكيد هذه المعايير بالتاريخ ورقم الجهاز الذي تم معايرته وتوقيع مدير المعمل أو من ينوب عنه.
- يقوم طبيب المعمل أو من ينوب عنه بتقييم النتائج لتحديد مدى دقة أجهزة تحليل السكر وفي حالة عدم دقة النتائج أو وجود خطأ بها يقوم طبيب المعمل أو من ينوب عنه بسحب الجهاز من القسم لمنع استخدامه وإبلاغ الشركة لصيانة الجهاز.

❖ المسئول:

- مسئول قسم الأجهزة الطبية .
- التمريض.

❖ المرفقات :



- أمر تكليف لأحد العاملين بالمعمل بمتابعة عمل quality control لأجهزة السكر بالمركز
- نموذج معايرة جهاز السكر
- سجل معايرة جهاز السكر بالمعمل.

❖ الاختصارات :

- ECC = Eye Care Center
- DAS = Diagnostic and Ancillary Services
- POCT = Point of Care Testing

❖ المراجع :

- معايير اعتماد المراكز الطبية المتخصصة و جراحات اليوم الواحد GAHAR 2022

التاريخ	التوقيع	الوظيفة	
٢٠٢٤/١٠/١٤		مسئول الأجهزة الطبية	الإعداد
٢٠٢٤/١٠/١٤		مدير الجودة	المراجعة
٢٠٢٤/١٠/١٤		مدير عام المركز	الاعتماد

1 ش دمشق - ميدان سوارس - المعادي - م: 01066602662/3/4-01000015004

1 Dimask St., off Sawaris Square , Maadi – Cairo, Egypt– fax : 23580687

ف/23580687

mob : 01066602662/3/4 - 01000015004

www.eyecare-center.com